



# 材料科学与工程学院 日常检查记录

2022. 12. 8



一、检查小组成员：刘成宝、李宛飞、兰凯、沈杨彬、丁平

二、巡查时间：2022.12.8 上午 9:00

三、巡查范围：院士楼、逸夫楼 B

四、巡查内容

1. **化学药品**：是否分类摆放在药品柜中，药品标签是否完好，配制试剂的标签信息是否完整（名称、浓度、责任人、日期、储存条件等）。（丁平负责）
2. **实验室废弃物**：是否分类收集，是否有明确的标签，是否有乱丢乱放现象，废液是否有随意倾倒；是否有警示标线区（丁平负责）
3. **灭火器是否过期**。（丁平负责）
4. **气体钢瓶**：是否固定，是否有气瓶标识，减压阀是否合适，氢气、乙炔等易燃易爆气体是否有气体报警器。（李宛飞负责）
5. **仪器设备**：摆放位置是否合适（方便散热，不影响疏散，方便同行），高温设备旁是否有易燃物，老旧仪器是否及时报废，是否还有明火电炉。仪器操作是否规范（李宛飞负责）
6. 是否有下班后忘记断水断电、关窗、关门的情况。（李宛飞负责）
7. 实验是否有人值守，尤其是存在安全隐患的实验，如高温热处理实验，分馏实验、灭菌实验等。（兰凯负责）
8. 正在进行实验的房间是否有抽烟、饮食、高声喧哗、追逐打闹和不穿实验服实验等不规范行为。（兰凯负责）
9. 实验室中是否存在做饭、饮食、留宿等不合规的行为。（兰凯负责）
10. **公共部位**：楼道内废弃物是否有乱丢乱放现象，各楼道及卫生间的灯是否正常，各楼道内的紧急喷淋装置是否正常。（沈杨彬负责）
11. **水电**：长期使用的和高功率仪器是否连接墙面插座，是否有接线板串接，是否有漏水。（沈杨彬负责）
12. **卫生**：实验室和实验台面是否整洁干净，物品摆放是否整齐规范，地面是否干净。（沈杨彬负责）

问题房间	责任人	存在问题	问题照片	整改期限
301	马泽群	1.学生做实验未穿实验服		立即
401	杨健宇	1. 通风橱内脏、乱； 2. 实验室台面脏、乱。		2天
403	汪昌红	1. 地面、台面脏、乱； 2. 气瓶未固定； 3. 玻璃尖角朝外（不安全）		2天







405	谷雨	1.药品领用单未更新（冰箱旁边）		2天
409	陈博	1.化学品领用登记表未更新		2天
B117	梁作芹	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地面脏、乱、差；</li> <li>2. 学生做实验未穿实验服；</li> <li>3. 药品柜玻璃表面脏；</li> <li>4. 药品送货来未及时入柜（就随意摆放在地面，阻挡通行）</li> </ol>		2天

				
B425	王筱梅	1.卫生需要整理		2 天
B335	万仕刚	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 超净间内未装氧含量报警器；</li><li>2. 超净间消防通道被堵塞；</li><li>3. 实验室内药品柜上药品清单未及时更新（已经发黄）；</li><li>4. 实验室内纸箱乱放。</li></ol>		2 天



